DATENMESS- UND SPEICHERSYSTEM PWBLOGG N7/180

Management System ISO 9001:2015

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

www.tuv.com ID 0091005312

PAULWEGENER
MESSTECHNIK SEIT 1921

TECHNISCHES DATENBLATT PWBLOGG N7/180

Datenmess- und Speichersystem mit bis zu 8 Eingängen

Gehäuse	Aluminium - Gussgehäuse
	180 x 140 x 70 mm (B x H x T)
Schutzgrad	IP 65
Gewicht (inklusive Batterien)	ca. 1600 g
Stromversorgung	Lithium-Batterie 16.500 mAh
	optional Netzversorgung
Betriebszeit	bis zu 5 Jahren
Datenspeicher / intern	512 kB (bis zu 507.000 MW)
	(optional bis zu 2 MB)
Datenspeicher /extern	SD Karte bis 2 GB (optional)
Speicherintervall	1 Sek. - 1h (frei wählbar) ms optional

Speichermodus	Ring- oder Linearspeicher
Display	Grafik-Display 128 x 64 Pixel
Bedienung	7 Tasten (Folientastatur) oder PC
Echtzeituhr	± 10 ppm bei 25 °C
Explosionsschutzzulassung	(optional)
Ex-Zone 2 (II 3G)	(Ex) II 3G Ex nA [ic] IIB T4)
nichtfunkend	EN 60079-0, 60079-11, 60079-15
Ex-Zone 1 (II 2G)	(Ex) II 2G Ex ib IIB T4)
eigensicher	EN 60079-0 und 60079-11
EG-Baumusterprüfbescheinigung	IBExU11ATEX1064

Sensoren	
Temperatursensoren	- 10 °C bis + 40 °C / - 20 °C bis + 60 °C
Drucksensoren	0...50 mbar bis 0...70 bar
	0...40 bar bis 0...1000 bar
Genauigkeit	0,05% bis 1% v.E.
	(weitere auf Anfrage)
Impulse	Open Collector, Reed, Relais
Einheitssignale	0...20 mA, 4...20 mA, 0...1 V, 0...10 V
	(weitere Sensoren auf Anfrage)

Händlerstempel

PAULWEGENER
MESSTECHNIK SEIT 1921

Adresse | Paul Wegener GmbH | Marienstraße 24 | 06493 Ballenstedt
Telefon | +49 39483 96-300
Fax | +49 39483 96-400
Internet | www.paul-wegener.de
E-Mail | info@paul-wegener.de

Letzte Änderung: 01.02.2019