

Zertifikat Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No. Blatt Page

R 9310844

01

Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference	Ausstellungsdatum Date of Issue (day/month/year)
	00941-We/Mei M9393039E01	09.08.93

Genehmigungsinhaber License Holder
Paul Wegener GmbH Ballenstedt
Marienstr. 24
D 06493 Ballenstedt

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Paul Wegener GmbH Ballenstedt
Marienstr. 24
D 06493 Ballenstedt

Genehmigtes Prüfzeichen
Licensed Test Mark



Geprüft nach
Tested acc. to
DIN 16240/02.69
DIN 16203/02.88
DIN 16005/02.87

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

MEHRKANALSCHREIBER für Temperatur und Druck
Bezeichnung: 341.0 NR/h-20,..N,..R*)

4

Meßbereiche Temperatur (N): -40°C bis +100°C
Druck (R): 0 bar bis 40 bar
beliebig kombinierbar (Anlage 2)

*) fehlende Ziffern für unterschiedliche Meßbereiche
(Anlage 2)

ANLAGE: 1 und 2

4



Zertifizierungs- und Prüfstelle
für Gerätesicherheit
Produktzertifizierung

Der Leiter

Dipl.-Ing. Pape

Dem Zertifikat liegt die Prüfzeichenordnung d. Prüfstelle zugrunde
The Test Mark Regulation is an integral part of this certificate